



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 43.ОЦ.02.000.М.000409.09.22 от 06.09.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес);  
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (см. приложение на 1 л.).

Лаборатория неразрушающего контроля. 610035, г.Киров, ул.Базовая, д.13а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ". 610035, г.Киров, ул.Пугачева, д.4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 08.08.2022г. № 10-1348-2022-Д ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"; протоколы радиационного контроля от 05.08.2022г. №37.1-Р, №38.1-Р АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области".



Заключение действительно до 06.09.2027 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№: 3491222



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 43.ОЦ.02.000.М.000409.09.22 от 06.09.2022 г.

Перечень работ,  
выполняемых АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ"  
в лаборатории неразрушающего контроля  
по адресу: г. Киров, ул. Базовая, д. 13а:

- 1) эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих),
- 2) хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).


Используемые источники ионизирующего излучения:

- Аппарат рентгеновский импульсный наносекундный автономный АРИНА-5, зав. №1205, год выпуска 2009.

Технические характеристики: экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии  $500 \pm 20$  мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин. при напряжении питания аппарата  $220 \pm 2$  В - 800 мР.

- Аппарат рентгеновский импульсный наносекундный автономный АРИНА-7, зав. №1207, год выпуска 2013.

Технические характеристики: экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии  $500 \pm 20$  мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин. при напряжении питания аппарата  $220 \pm 2$  В - 1000 мР.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

